

海水の放射能測定結果

採取日 2011/05/08 15:00

場 所 熊本港

測定量 15 リットル

測定時間 24 時間

測定器 NaI(Tl)シンチレーションカウンタ (LLD=98)

評価 自然放射能レベル

